

Информационное письмо

С целью обеспечения стабильности и эффективности работы системы odgAssist.LIMS прошу разрешить производство обновления системы до версии **2025.03** данная версия не содержит критических изменений. Перечень изменений в системе:

1. Базовая иерархия
 - а. Для параметра с типом «Текст» добавлено поле «Предварительное значение», если оно заполнено, то при создании параметра, ему будет установлено значение по умолчанию. (#45552535)
 - б. Добавлен новый тип параметра – «Копирование результатов процесса». При заполнении этого параметра выбирается процесс, из которого будут скопированные результаты завершенных задач (система позволяет выбрать несколько задач). (#45053190)
2. Управление ресурсами
 - а. Теперь, если у оборудования тип учета «Учитывать дату квалификации», то система не позволит сохранить установку ресурса не указав эту дату. (#45846000)
3. Спецификации
 - а. В редакторе методик добавлено поле с отображением идентификатора методики в базовой иерархии. (#45466508)

Анализ рисков обновления системы

Цветовая шкала принятия решения для анализа FMEA по пятибалльной шкале

SxP =

2 - 6 – далее не рассматривается

5 – 9 – незначительно, САРА не требуется

10 – 12 – критично, необходимы САРА (дополнительный мониторинг)

15 – 25 – неприемлемо, необходимы меры по снижению риска на более низкий уровень и пересмотр риска

№пп	Возможное несоответствие	Возможное отрицательное влияние	Степень опасности	Вероятность	Общий балл	Описание оценки
1	Неисправность пользовательского интерфейса	Пользование системой невозможно	4	1	4	Новая версия системы была протестирована с помощью тестов, которые по покрытию превосходят тесты использованные в предыдущей версии системы
2	Неочевидность пользовательского интерфейса	Пользователь не сможет выполнить работы, так как был обучен работе с прошлой версией интерфейса	4	1	4	Изменения в интерфейсе касаются только добавления дополнительных элементов, без удаления предыдущих и изменения топологии поведения пользователя
3	Несоответствие функционально спецификации	Система не будет соответствовать первоначальн	4	1	4	В данной версии были добавлены элементы функциональной спецификации без

		ой функциональ ной спецификаци и				удаления существующих
--	--	--	--	--	--	--------------------------