

Информационное письмо

С целью обеспечения стабильности и эффективности работы системы odgAssist.LIMS прошу разрешить производство обновления системы до версии **2025.12** данная версия не содержит критических изменений. Перечень изменений в системе:

1. Исправлена ошибка при сохранении истории параметра с типом «Единичный выбор»
2. Добавлен новый тип уведомления «Статус оборудования»
 - а. БЫЛО: Отсутствовала рассылка на почту отчета по оборудованию.
 - б. РЕАЛИЗОВАНО: Возможность отправки отчета на почту с типом “Статус оборудования” в формате xlsx
3. Исправлена ошибка переноса единицы измерения в карточку установки при добавлении ресурса. Теперь в служебном блоке корректно заполняется единичный/множественный выбор при запуске процесса приемки ресурса
 - а. БЫЛО: Единицы измерения заданные при добавления типа ресурса не переносились в карточку ресурса и в задачу процесса приемки ресурса.
 - б. РЕАЛИЗОВАНО: Единицы измерения внесенные при создании типа ресурса переносятся в задачу процесса приемки ресурса

Анализ рисков обновления системы

Цветовая шкала принятия решения для анализа FMEA по пятибалльной шкале

SxP =

2 - 6 – далее не рассматривается

5 – 9 – несущественно, САРА не требуется

10 – 12 – критично, необходимы САРА (дополнительный мониторинг)

15 – 25 – неприемлемо, необходимы меры по снижению риска на более низкий уровень и пересмотр риска

№пп	Возможное несоответствие	Возможное отрицательное влияние	Степень опасности	Вероятность	Общий балл	Описание оценки
1	Неисправность пользовательского интерфейса	Пользование системой невозможно	4	1	4	Новая версия системы была протестирована с помощью тестов, которые по покрытию превосходят тесты использованные в предыдущей версии системы
2	Неочевидность пользовательского интерфейса	Пользователь не сможет выполнить работы, так как был обучен работе с прошлой версией интерфейса	4	1	4	Изменения в интерфейсе касаются только добавления дополнительных элементов, без удаления предыдущих и изменения топологии поведения пользователя
3	Несоответствие функционально спецификации	Система не будет соответствовать первоначальной функциональной спецификации	4	1	4	В данной версии были добавлены элементы функциональной спецификации без удаления существующих